




Јавно комунално предузеће  
**Водовод**  
ул. Пана Ђукића 14



Наш знак: 7735

Датум: 03.10.2019. године



**ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама - појашњење конкурсне документације.**

Заинтересовано лице је дана 02.10.2019. године, електронском поштом на електронску адресу наручиоца упутило захтев за додатним информацијама - појашњење конкурсне документације, са захтевом за појашњење следећих ставки Партије 1 - Хемикалије за физичко-хемијску и хидробиолошку лабораторију:

**Питање бр. 1:**

Ставка бр. 55 - Молим Вас да прецизируете шта Вам је потребно, да нам напишете каталошки број за тражену ставку, јер наведени кат.бр. LCK380, није за фосфате.

**Одговор на питање бр. 1:**

У питању је техничка грешка, каталошки број је LCK349.

**Питање бр. 2:**

Ставка бр. 57 - Молим Вас да прецизируете, да нам напишете који каталошки број Вам је потребан. Реагенс за одређивање укупног азота је сет реагенаса. С обзиром да тражите кесице, у питању могу да буду само нитрати или нитрити с тога Вас молим да прецизируете тражену ставку.

**Одговор на питање бр. 2:**

Нема измена за ову позицију уз допуну да је каталошки број 2495300.

**Питање бр. 3:**

Ставке бр. 73 и 74 - За наведене ставке наводите исте каталошке бројеве а тражите Таблете за катализацију и Таблете против пенушања. Молим Вас да прецизируете ставке 73. и 74., да напишете каталошке бројеве за сваку ставку како бисмо могли да понудимо одговарајуће артикле.

**Одговор на питање бр. 3:**

Потребно је понудити таблете које се користе за одређивање укупног азота - метода по Кјелдалу.

Позиција 73. каталошки број је 12-0326. За позицију 74. је у питању техничка грешка и каталошки број је 12-0332.

Заинтересовано лице је дана 02.10.2019. године, електронском поштом на електронску адресу наручиоца упутило захтев за додатним информацијама - појашњење конкурсне документације, са захтевом за појашњење следећих ставки Партије 3 - Лабораторијско стакло и филтер папир:

**Питање бр. 1:**

Ст. 7. - за прање ког лабораторијског посуђа је потребна четкица (епрувете, чаше, боце, бирете...)?

**Одговор на питање бр. 1:**

Потребно је понудити четкицу за прање епрувета.

**Питање бр. 2:**

Ст. 69. - да ли сте мислили на "pipette filler" и које запремине?

**Одговор на питање бр. 2:**

Потребно је понудити аутоматску пропипету запремине 1-100ml (замена за гумену пропипету са три вентила)

**Питање бр. 3:**

Ст. 72. - молим за димензије / запремину посуде за упаравање.

**Одговор на питање бр. 3:**

Потребно је понудити посуду за упаравање димензија Ø70mm, запремине 50ml.

**Питање бр. 4:**

Ст. 73. и 74. - с обзиром да је одавно ступила на снагу забрана производње и продаје мерних уређаја са живом, молим да промените спецификацију термометара.

**Одговор на питање бр. 4:**


Потребно је понудити термометре истих карактеристика - без употребе живе.

**Питање бр. 5:**

Ст. 81. - молим за пречник сахатног стакла.

**Одговор на питање бр. 5:**

Потребно је понудити сахатно стакло димензија Ø100mm.

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ 25/19  
  
Данијела Лекић

