



Наш знак: 8976
Датум: 15.08.2016.год.

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi JNMV 24/16

Potencijalni ponuđač je tražio pojašnjenja vezana za JNMV 24/16 za partiju 3 (laboratorijsko staklo i filter papir):

- stavka 7. – boca za butan 20 l.?
- stavka 84. da li moze teleskopski stap duzine 165-450mm?
- stavka 98. i 99. – koji prenik?
- stavka 101. staklena ili plasticna. Sa temperaturskim senzorom ili bez?

Pojašnjenje:

- stavka 7.- ne upisivati cenu.
- stavka 84.- ne moze, potreban je od 4 m, kako je naznaceno.
- stavke 98. i 99.- prečnik je 47 mm.
- stavka 101.- plasticna, sa temperaturnim senzorom , bitno je da ima BNC prikljucak.

S poštovanjem

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ 24/16