



Наш знак: 8867
Датум: 12.08.2016.год.

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi JNMV 24/16

Potencijalni ponuđač je tražio pojašnjenja vezana za JNMV 24/16 za partiju 3 (laboratorijsko staklo):

1. Da li se mora dostaviti izvod iz kataloga za svaku stavku ili je dovoljno da se od svakog proizvođača koji se nudi dostavi dokaz da je staklo sa najmanjim procentom SiO₂ 80%, kako je zhtevano u dokumentaciji?
2. stavka 2. da li se trazi samo bireta ili komplet i da li se moze ponuditi B klasa ili AS klasa?
3. stavke 4 i - da li treba da budu staklene ili plasticne?
4. stavka 35. duzina kasike
5. stavka 39. sa mufom ili bez?
6. stavka 40, 41. i 42 za koliko mesta
7. stavka 82 da li se moze ponuditi staklena vakuum pumpa
8. stavka 87. za koje epruvete?
9. stavka 86 i 88 za koliko mesta
10. stavka 90 da li je u pitanju laboratorijski termometar/ precnik 15 nije uobicajen.
11. stavke 95-97 da li mislite na staklene ili porcelanske zdelice
12. stavka 22. da li zapusac treba da bude na navoj ili kao kapica? Da li se moze ponuditi erlenmajer sa PP zapusacem na navoj?

Pojašnjenje:

1. Dovoljno je da se od proizvođača, koji se nudi priloži dokaz da je staklo sa najmanjim sadržajem SiO₂ 80 %. Bitno je i da je staklo belo, bez primesa boje.
2. stavka 2. trazi se samo bireta AS klase
3. stavka 4. plastična
4. stavka 35. duzina kasike najmanje 18 cm
5. stavka 39. sa mufom
6. stavka 40, 41. i 42, bitan nam je prečnik, jer u korpe stavljamo stalo razlicitih dimenzija za sterilizaciju, korpe su bez pregrade za mesta.
7. Stavka 82. Ručna Vakuum pumpa ne može biti staklena, piše metalna
8. Stavka 87. za epruvete 18 x 180 mm
9. Stavka 86. sa 6 mesta, stavka 88. sa najmanje 20 mesta
10. Stavka 90. bitna je naznačena dužina, jer se koristi pri uzorkovanju otpadnih voda
11. stavke 95-97 misli se na porcelanske zdelice
12. stavka 22. zapusac treba da bude na navoj. Ne može se ponuditi erlenmajer sa PP zapusacem na navoj, piše da treba da bude aluminijumski.

S poštovanjem

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ 24/16